

منشور دورى رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ (غش تجارى)

السيد الدكتور/ وكيل الوزارة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة
" إدارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو ضبط وتحريم ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد إتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك للعبوات المغشوشة من مستحضر **Botox vial** تشغيلة رقم **C4122C3** حيث ان العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة الليرجان . ويمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة للمستحضر المذكور كالاتى:-

العبوات الأصلية	العبوات المغشوشة
١. مدون كلمة ALLERGAN على غطاء الفيال .	١. مدون كلمة ALLERCAN حرف C بدلاً من G على غطاء الفيال .
٢. تاريخ الإنتاج 13APR16	٢. تاريخ الإنتاج 01sep16
تاريخ الإنتهاء 13APR19 (منتھية الصلاحية)	تاريخ الإنتهاء 01sep19
٣. يوجد على الفيال Hologram يوضح إسم الشركة والشعار (علامة ضوئية).	٣. لا يوجد على الفيال Hologram يوضح إسم الشركة والشعار ،

مع نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة فى نطاق المحافظة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية فى حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة الموردة فى حالة وجود تلك الفواتير وإفادتنا بما تم .

،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

يعتمد: رئيس
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية

مدير عام
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

مدير إدارة التفتيش الصيدلي
على الصيدليات ومخازن الأدوية


د. رشا محمد زيادة


د. أحمد كامل

د. حسام الدين مصطفى

صورة مبلغة للسادة النقابة العامة لصيدلة مصر

م/عبير
٢٠١٩/٧/٢٩



Item	Authentic BOTOX	Falsified Vial
Vial Metal Crimp 	Purple Color batch number printed 	Purple Color No batch number printed 
Vial Metal crimp 	ALLERGAN Printed on metal crimp 	ALLERGAN Printed on metal crimp 
MFG date EXP date 	MFG date:13 APR 16 EXP Date: 13 APR 19 	MFG date:01 Sep 16 Exp date:01 Sep 19 
Company Name and Logo اسم الشركة و الشعار	Hologram علامة ضوئية 	No hologram 