

منشور دورى رقم (٥١) لسنة ٢٠١٧ (غش تجارى)

السيد الدكتور/ وكيل الوزارة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة
" إدارة الصيدلة "

تحية طبية وبعد ...

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المحرنية بالوحدات الحكومية وذلك للعبوات المغشوشة من مستحضر Wincef Igm vial (Cefepime) تشغيلة رقم 140942 بتاريخ إنتاج ٢٠١٥/٩ وتاريخ إنتهاء ٢٠١٨/٥، حيث ان العبوة الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة تى ثرى ايه إندستريال لصالح شركة أدوبا - مدينة العاشر من رمضان وقد أفادت الشركة مالكة المستحضر المذكور بأن التشغيلة تخص مستحضر آخر . ويمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لهذا المستحضر كالآتى :-

العبوات المغشوشة	العبوات الأصلية
<p>أولاً: العبوة الكرتون الخارجية :-</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. اللون الأزرق أعلى العبوة باهت ٢. أكبر فى الحجم ٣. لا يوجد مربع التحذيرات 	<p>أولاً: العبوة الكرتون الخارجية :-</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. اللون الأزرق أعلى العبوة واضح ٢. أصغر فى الحجم ٣. وجود مربع التحذيرات مدون باللون الأحمر عبارة :- <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>يلزم عمل اختبار حساسية قبل استخدام الدواء</p> </div>
<p>ثانياً: فيال الزجاج الداخلى :-</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. الفبال أطول ٢. لون السدادة المطاطى رصاصى ٣. الكبسولة المعدنية بها انبعاج ٤. كلمة سيفيبيم مدونة بالانجليزية على اللاصق Cefepime <p>حرف g بدلاً من حرف f</p>	<p>ثانياً: فيال الزجاج الداخلى :-</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. الفبال أقصر ٢. لون السدادة المطاطى بنى ٣. الكبسولة المعدنية ملساء ٤. كلمة سيفيبيم مدونة بالانجليزية على اللاصق Cefepime

ومرفق لسيادتكم الصورة الملونة التي توضح الفروق الظاهرية بين العبوات الأصلية المسجلة والعبوات المغشوشة.

مع شر هذا التنوير على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة فى نطاق المحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية فى حالة عدم وجود قوائم شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة الموردة فى حالة وجود تلك القوائم وأفادتنا بما تم .

... وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ...

يعتمد رئيس
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية

مدير عام
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

مدير إدارة التفتيش الصيدلي
على الصيدليات ومخازن الأدوية

د. رشا ملحم حسن

وزارة الصحة
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

د. مصطفى السيد

د. حسام الدين مصطفى

صورة مبلغة للسيد أ.د. / نقيب صيدلة مصر

٢٠١٧/٦/١١

الفروق بين المنتج الأصلي و المغشوش	المنتج المغشوش	المنتج الأصلي	المحتوى
<p>لون السدادة رصاصي في المغشوش بينما الأصلي السدادة لونها بني</p> <p>نوعية و شكل الكبسولة في المغشوش مختلف تماما عن الأصلي</p>			الكبسولة و السدادة
<p>طريقة الكبسلة في المغشوش مشوهة و واضح أنها طريقة يدوية بينما الأصلي واضح ان طريقة الكبسلة منتظمة و باستخدام ماكينة متخصصة</p>			
<p>نوع الزجاج في المغشوش مختلف عن الأصلي من حيث الطول (المغشوش أقصر) و الشكل و العنق (المغشوش أطول)</p> <p>اللون الأزرق المميز في الأستيكر باهت في المغشوش و مختلف عن الأصلي علاوة على اختلاف في الطول (المغشوش أطول) و العرض (المغشوش عرضه اقل) عن الأستيكر الأصلي</p> <p>اسم المادة الفعالة مكتوبة على المغشوش cetepime و ليس cefepime كما في الأصلي</p> <p>نوعية الخط و حجمة مختلفة في المغشوش عنه في الأصلي علاوة على عدم وجود مربع التحذيرات لعمل اختبار حساسية المميز لمثل هذا النوع من المستحضرات</p>			الفيال

اللون الأزرق المميز في العلب باهت في المغشوش و مختلف عن الأصلي
 العلبة المغشوشة أكبر
 77mm x 35.5mm x 45.3mm
 العلبة الأصلية أصغر
 74.5mm x 35.25mm x 44mm



نوع الخط و الفواصل و المسافات و حجم الخط و لونه و نقاءه مختلف في المغشوش عن الأصلي



رقم التشغيل للمغشوش غير مسجل كتشغيل لهذا المنتج و لكن هذا الرقم لمنتج آخر يسمى أدوفلام إمالجل



نوعية الخط و حجمة مختلفة في المغشوش عنه في الأصلي علاوة على عدم وجود مربع التحذيرات لعمل اختبار حساسية المميز لمثل هذا النوع من المستحضرات

Logo أدويا في المغشوش مختلف عن الأصلي في الشكل و الحجم و النقاء و اللون



العلبة الخارجية